

Decyzja Nr 19/WC/2002 z dnia 26.08.2002

1.STRZYKAWKI iniekcyjne dwuczęściowe j.u.

Nr serii: wszystkie serie nie oznakowane na opakowaniu indywidualnym numerem

Świadectwa Rejestracji MZiOS

Wytwórca: BFMM "Polfa" S.A. - Bolesławiec

Uzasadnienie:

Ad.1) Podczas kontroli stwierdzono występowanie strzykawk iniekcyjnych dwuczęściowych j.u. w opakowaniach niezgodnych z zatwierdzonymi w procesie rejestracyjnym (brak numeru Świadectwa Rejestracji).

W związku z powyższym wszystkie serie w/w strzykawk oznakowane niewłaściwie nie mogą znajdować się w obrocie.