

**Decyzja Nr 18/WC/2002 z dnia 30.07.2002**

**1. WKŁADY chłonne Molimed classic maxi**

Nr serii: 214120029

Data ważności: 05.2007

Wytwórca: PAUL HARTMANN AG, Paul Hartmann Strasse, 89522 Heidenheim - Niemcy

**Uzasadnienie:**

Ad.1) Niewłaściwe oznakowanie po polsku opakowań z wkładami chłonnymi Molimed classic maxi, oraz dostarczenie do badań kontrolnych niewłaściwych serii, niezgodnie z protokołem KKJL nr 23/2002 z 10.04.2002r.

W związku z powyższym w/w materiał medyczny nie może być stosowany w lecznictwie.