

## **Decyzja Nr 7/WC/2002 z dnia 04-04-2002**

### **1.STEROVAG globulki**

Nr serii: 110202

Data ważności: 03.2003r.

Wytwórca: Towarzystwo Przemysłowo-Handlowe SECFARM Sp. z o.o. Warszawa

### **2.ŁYŻKI WYCISKOWE z tworzywa sztucznego**

różne rozmiary, wszystkie serie

Wytwórca: PROFIMED GmbH, Neuestrasse 11, 83-071 Stephanskirchen

Dystrybutor: INTERTECH DENTAL, Ryszard Drobik, Tychy

#### **Uzasadnienie:**

Ad.1) Badania wykonane w Instytucie Leków wykazały, iż preparat STEROVAG globulki w/w serii nie odpowiada wymogom ogólnym dla tej postaci leku z powodu nieodpowiedniego wyglądu: czopki silnie zdeformowane z bardzo licznymi zagnieceniami o ostrych krawędziach.

W związku z powyższym w/w środek farmaceutyczny nie może być stosowany w lecznictwie.

Ad.2) ŁYŻKI WYCISKOWE z tworzywa sztucznego, różnych rozmiarów, produkcji PROFIMED GmbH, nie posiadają wymaganego Świadectwa Dopuszczenia do Obrotu.

W związku z powyższym w/w materiał medyczny nie może być stosowany w lecznictwie.